



TR Turoni Srl

Via Copernico 26 - 47122 FORLÌ - Italy

Tel. ++39 0543 724848 - Fax ++39 0543 774670

E-mail info@trturoni.it - www.trturoni.com

Cod. Fisc. e P.Iva Id. Code IT01036430401 - Iscrizione CCIAA FC 01036430401

Cap. Soc. Euro 15.493,71 i.v. - R.A.E.E.: IT080040000004729

Registro Pile IT09060P00001305

53215 BE

MISURATORE NON DISTRUTTIVO DEL GRADO DI MATURAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI



- puntale in dotazione 3,28 mm
- molla con compressione maggiore
- cilindro di copertura puntale 4,28 mm
- lettura a display
- Range 0-90 shore

SPECIFICHE

Display: 4 cifre, 10 mm

Intervallo: 10 – 90 Shore

Risoluzione: 0.1 Shore

Alimentazione: 4 x 1,5 AA

Condizioni operative: 0-50°C / meno dell'80% di umidità

Dimensioni: 162x65x28 mm (6,4x2,6x1 pollici)

Peso: 170 grammi (senza batterie)

Spegnimento automatico

CALIBRAZIONE

Calibrazione zero

tenere lo strumento in verticale con il sensore sospeso in aria

la lettura sul display dovrebbe essere "0"

in caso contrario, premere il tasto ZERO

TARATURA MASSIMA

effettuare la misura su vetro piano

la lettura sul display deve essere compresa tra 99,5 e 101

in caso contrario premere il tasto CAL per eseguire la calibrazione massima

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Sul display compare il simbolo della batteria