




T.R. Turoni srl  
Via Copernico 26 - 47122 FORLÌ - Italy  
Partita Iva Id. Code 01036430401 - Iscr. CCIAA FC 01036430401  
R.E.A. Forlì n. 205174  
Tel. ++39 0543 724848 - Fax ++39 0543 774670  
E-mail [info@trturoni.com](mailto:info@trturoni.com) - web site [www.trturoni.com](http://www.trturoni.com)

## 53029 RIFRATTOMETRO MANUALE 58-92% BRIX



### LEGENDA

1. Sportellino protettivo
2. Prisma
3. Basamento del prisma
4. Rivestimento gommato
5. Vite di taratura
6. Adattatore della messa a fuoco

### ISTRUZIONI D'USO

- \* Sollevare lo sportellino protettivo (1); pulire il prisma (2) attentamente con un panno morbido; fare molta attenzione a non graffiare il vetrino del prisma.
- \* Depositare qualche goccia di soluzione sul prisma (2) e poi chiudere lo sportellino protettivo (1) in modo da spandere il liquido su tutta la scala del prisma.
- \* Posizionare lo strumento verso una fonte luminosa e mettere a fuoco (6) fino a quando la gradazione può essere letta.
- \* Il valore del campione liquido è la linea di demarcazione tra la parte luminosa e quella scura.

### TARATURA DELLO STRUMENTO:

Versare una goccia di olio diottrico sulla faccia liscia del blocchetto trasparente di riferimento.  
Posizionare il blocchetto sul prisma del rifrattometro e premere leggermente per evitare lo scivolamento.  
Far coincidere la linea di divisione alla linea di riferimento Brix 78,8%.

## **PRECAUZIONI:**

Per la pulizia del prisma e del coperchio utilizzare un panno di lino molto morbido o carta Scottex imbevuti di acqua. Asciugare sempre poi con un panno asciutto.

Essendo uno strumento ottico, maneggiare il refrattometro con molta cura.

## **AVVERTENZE:**

- Quando manovrate e trasportate lo strumento evitate di fargli subire urti o dimenticarlo esposto al sole o vicino a fonti di calore.
- Se lo strumento viene utilizzato per misurare soluzioni, contenenti sostanze dannose alle persone, adoperarlo con la massima cautela e pulitelo accuratamente e immediatamente dopo l'uso.
- Se lo strumento viene utilizzato per applicazioni diverse dal suo impiego la ditta T.R. Turoni Srl non sarà responsabile dei risultati delle misurazioni o di eventuali danni causati.



### **IMPORTATO DA:**

TR Turoni srl

Via Copernico 26 - 47122 FORLÌ

Tel. ++39 0543 724848 – info@trturoni.com

Iscrizione CCIAA FC, P.Iva e C.F. 01036430401

RAEE IT08040000004729 – Reg. Pile IT09060P00001305

Cap. Soc. Euro 15.493,71 i.v.