TR Turoni Srl
Via Copernico 26 - 47122 FORLI' - Italy
Tel. ++39 0543 724848 - Fax ++39 0543 774670
E-mail info@trturoni.it - www.trturoni.com
Cod. Fisc. e P.Iva Id. Code IT01036430401 – Iscrizione CCIAA FC 01036430401
Cap. Soc. Euro 15.493,71 i.v. – R.A.E.E.: IT080040000004729
Registo Pile IT09060P00001305



DBR 55 Digital Refractometer 0-55 Brix

DATA SHEET

Accuracy: Brix ± 0,2 % %

Temperature Accuracy: ±1,0 °C

Backlight: Sì

Batteries: 2 x 1,5 V (AAA Alcaline)

Temperature compensation: Sì, 0 ... +60 automatic °C

Automatic brightness control: Sì

Dimensions: (L x P x A) 58 x36 x 122 mm

Weight 0.15 kg

Range: Brix 0,0 ... 55,0 % Brix

Temperature measurement range: 0,0 ... 70,0 °C

Resolution: Brix 0.1 %

Temperature resolution: 0,1 °C

Data backup Yes, ? NO up to 20 data with cyclic memory

Automatic shutdown Yes

Working temperature: 10,0 ... 60,00 °C

Sample volume: 0,5 ml